



RÉFÉRENTIEL D'AUTO-ÉVALUATION DES PRATIQUES EN ODONTOLOGIE

Stérilisation des dispositifs médicaux : la conduite des cycles de stérilisation

Décembre 2004

I. PROMOTEURS

- Association dentaire française (ADF)
- Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (Anaes)

II. SOURCE

Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées : Direction générale de la santé :

« Guide de bonnes pratiques pour la prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des établissements de santé » Version 10.

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/infect_soins/sommaire.htm)

III. CIBLE PROFESSIONNELLE

Les chirurgiens-dentistes libéraux.

IV. DISPOSITIFS CONCERNÉS

Tous les dispositifs médicaux réutilisables.

V. SÉLECTION DES CYCLES DE STÉRILISATION

L'auto-évaluation porte sur 20 cycles de stérilisation.

La méthode rétrospective est retenue. C'est-à-dire qu'il convient d'analyser les cycles de stérilisation réalisés avant la date de début de l'auto-évaluation.

Nous vous conseillons :

Si vous archivez les données relatives aux cycles de stérilisation, d'extraire dans vos archives 20 cycles et de procéder à votre auto-évaluation.

Il est important de ne pas choisir les cycles, mais de les prendre au hasard. À titre d'exemple, en fonction du nombre de données archivées, vous pouvez en prendre 1 sur 2 ou 1 sur 5 jusqu'à l'obtention des 20.

Si vous n'archivez pas vos données, il est nécessaire, avant de commencer votre auto-évaluation, d'archiver l'ensemble des données relatives aux cycles de stérilisation.

À l'issue d'un délai fixé à 1 mois, vous extrayez dans ces archives 20 cycles de stérilisation et vous procédez à votre auto-évaluation.

VI. EXIGENCES DE QUALITÉ ÉVALUÉES

- Stériliser tous les dispositifs médicaux réutilisables dans un stérilisateur à vapeur d'eau sous pression avec une procédure de qualité contrôlable (critères 1 à 8).
- S'assurer du bon fonctionnement du stérilisateur à vapeur d'eau (critères 9 et 10).

<p style="text-align: center;">Critères d'évaluation et <i>questions pour déterminer si les critères sont présents.</i></p>
--

1. Les dispositifs médicaux ont été emballés en sachets ou feuilles ou disposés dans un conteneur¹.
Les dispositifs médicaux ont-ils été emballés en sachets ou feuilles ou disposés dans un conteneur ?
2. Les dispositifs médicaux ont été disposés suivant le plan de chargement² prédéfini lors de la mise en service du stérilisateur.
Les dispositifs médicaux ont-ils été disposés suivant le plan de chargement prédéfini lors de la mise en service du stérilisateur ?
3. Pour chaque charge, un intégrateur physico-chimique, emballé sous sachet, a été disposé au cœur de la charge.
Pour chaque charge, un intégrateur physico-chimique, emballé sous sachet, a-t-il été disposé au cœur de la charge ?
4. Pour chaque cycle, les paramètres du plateau de stérilisation ont été de 134 °C pendant 18 minutes.
Chaque cycle de stérilisation respecte-t-il les paramètres du plateau de stérilisation de 134 °C pendant 18 minutes ?
5. À la fin de chaque cycle, les caractéristiques (température et pression en fonction du temps, numéro du cycle, date) ont été enregistrées et vérifiées.
Pour chaque cycle, les caractéristiques (température et pression en fonction du temps, le numéro du cycle, date) ont-elles été enregistrées et vérifiées ?
6. Un test de Bowie-Dick a été réalisé avant la première charge du jour.
Un test de Bowie-Dick a-t-il été réalisé avant la première charge du jour ?

¹ Emballage rigide et réutilisable, muni de filtre ou de soupape et d'un joint d'étanchéité, par lequel les produits stérilisables à la vapeur peuvent être présentés, stérilisés, transportés et conservés dans cet état.

² Descriptif de la charge (contenant + contenu) et de son positionnement dans le stérilisateur.

7. Une procédure d'archivage a été mise en place pour tous les éléments suivants : le descriptif de la charge, le cycle, l'intégrateur physico-chimique, le test de Bowie-Dick.
Une procédure d'archivage a-t-elle été mise en place pour tous les éléments suivants : le descriptif de la charge, le cycle, l'intégrateur physico-chimique, le test de Bowie-Dick ?
8. Les dispositifs médicaux spécifiques : instruments de chirurgie et d'implantologie, ont été étiquetés avec mention de la date de stérilisation, du n° de la charge et du n° de l'appareil.
Les dispositifs médicaux spécifiques : instruments de chirurgie, d'implantologie sont-ils étiquetés avec mention de la date de stérilisation, du n° de la charge et du n° de l'appareil ?

NB : Lors de l'auto-évaluation, les deux questions suivantes sont à renseigner une fois.

9. Les consignes préconisées par le fabricant pour l'entretien et/ou la maintenance du stérilisateur ont été appliquées.
Pouvez-vous indiquer la dernière date d'entretien et/ou de maintenance du stérilisateur ?
NB : Vous préciserez dans la zone « observations » l'élément qui a fait l'objet de l'entretien et/ou de la maintenance ainsi vous pourrez mieux analyser votre pratique.
10. La prochaine date de contrôle et/ou de vérification du stérilisateur est prévue.
Pouvez-vous indiquer la prochaine date de contrôle et/ou de vérification du stérilisateur ?

VII. GRILLE DE RECUEIL DES INFORMATIONS

Notez une seule réponse par case :

O si la réponse est OUI

N si la réponse est NON

NA si la question ne s'applique pas à ce patient ou à votre pratique (précisez dans la zone de commentaires). N'hésitez pas à ajouter des informations qualitatives !

N° d'anonymat :

Date :

Temps passé à cette évaluation :

QUESTION 1	QUESTION 2	QUESTION 3	QUESTION 4	QUESTION 5	QUESTION 6	QUESTION 7	QUESTION 8	QUESTION 9	QUESTION 10
Les dispositifs médicaux ont-ils été emballés en sachets ou feuilles ou disposés dans un conteneur ?	Les dispositifs médicaux ont-ils été disposés suivant le plan de chargement prédéfini lors de la mise en service du stérilisateur ?	Pour chaque charge, un intégrateur physico-chimique, emballé sous sachet, a-t-il été disposé au cœur de la charge ?	Chaque cycle de stérilisation respecte-t-il les paramètres du plateau de stérilisation de 134 °C pendant 18 minutes ?	Pour chaque cycle, les caractéristiques (température et pression en fonction du temps, numéro du cycle, date) ont-elles été enregistrées et vérifiées ?	Un test de Bowie-Dick a-t-il été réalisé avant la première charge du jour ?	Une procédure d'archivage a-t-elle été mise en place pour tous les éléments suivants : le descriptif de la charge, le cycle, l'intégrateur physico-chimique, le test de Bowie-Dick ?	Les dispositifs médicaux spécifiques : instruments de chirurgie, d'implantologie, sont-ils étiquetés avec mention de la date de stérilisation, du n° de la charge et du n° de l'appareil ?	Pouvez-vous indiquer la dernière date d'entretien et/ou de maintenance du stérilisateur ³ ?	Pouvez-vous indiquer la prochaine date de contrôle et/ou de vérification du stérilisateur ?
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

³ Préciser dans la zone « observations » l'élément qui a fait l'objet de l'entretien (ex. filtre, joint, etc.).

Référentiel d'auto-évaluation des pratiques en odontologie

QUESTION 1	QUESTION 2	QUESTION 3	QUESTION 4	QUESTION 5	QUESTION 6	QUESTION 7	QUESTION 8	QUESTION 9	QUESTION 10
Les dispositifs médicaux ont-ils été emballés en sachets ou feuilles ou disposés dans un conteneur ?	Les dispositifs médicaux ont-ils été disposés suivant le plan de chargement prédéfini lors de la mise en service du stérilisateur ?	Pour chaque charge, un intégrateur physico-chimique, emballé sous sachet, a-t-il été disposé au cœur de la charge ?	Chaque cycle de stérilisation respecte-t-il les paramètres du plateau de stérilisation de 134 °C pendant 18 minutes ?	Pour chaque cycle, les caractéristiques (température et pression en fonction du temps, numéro du cycle, date) ont-elles été enregistrées et vérifiées ?	Un test de Bowie-Dick a-t-il été réalisé avant la première charge du jour ?	Une procédure d'archivage a-t-elle été mise en place pour tous les éléments suivants : le descriptif de la charge, le cycle, l'intégrateur physico-chimique, le test de Bowie-Dick ?	Les dispositifs médicaux spécifiques : instruments de chirurgie, d'implantologie, sont-ils étiquetés avec mention de la date de stérilisation, du n° de la charge et du n° de l'appareil ?	Pouvez-vous indiquer la dernière date d'entretien et/ou de maintenance du stérilisateur ⁴ ?	Pouvez-vous indiquer la prochaine date de contrôle et/ou de vérification du stérilisateur ?
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
Total des O									
Total des N									
Total des NA									

VOS OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES POUR CETTE AUTO-ÉVALUATION :

⁴ Préciser dans la zone « observations » l'élément qui a fait l'objet de l'entretien (ex. filtre, joint, etc.).

	Observations par cycles de stérilisation
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

